



**CIRCULAR ACLARATORIA
PLIEGOS DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES**

Circular N° 1**Lugar y Fecha****Buenos Aires, 08/11/2017****Organismo contratante****COMISIÓN NACIONAL DE ENERGIA ATÓMICA****Organismo contratante****COMISIÓN NACIONAL DE ENERGIA ATÓMICA****GERENCIA DE ÁREA CAREM****DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES****Por RÉGIMEN DE COMPRAS Y CONTRATACIONES aprobado por R.P. 310/15****Procedimiento de selección**

Tipo:	COMPARACION DE COTIZACIONES	N°	53/2017
-------	-----------------------------	----	---------

Clase:	ETAPA ÚNICA NACIONAL
--------	----------------------

Modalidad:	SIN MODALIDAD
------------	---------------

Expediente	F-066-2017
------------	------------

Rubro :	240 – EQUIPOS VARIOS
---------	----------------------

Objeto de la contratación:**ADQUISICION DE CELDA DE CARGA DIGITAL****ACTO DE APERTURA:**

Lugar/Dirección	GERENCIA DE ÁREA CAREM DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES CAREM Avda. del Libertador 8.250, 3° Piso – Ala Correa – C.A.B.A.
-----------------	---

Día y Hora	10/11/2017 A LAS 11:10 HS.
------------	----------------------------

Costo del Pliego: SIN VALOR**Visita a Obra: NO APLICA****DESCRIPCIÓN****Consulta:**

Sobre el aspecto técnico de la celda de carga en la comparación de cotizaciones 53/2017.

En la planilla de cotización se indica que dicha celda debe tener un grado de protección IP 65.

Sin embargo, el modelo de referencia posee una protección IP 67 solamente.

Querría confirmar si el grado de protección deseado es IP 67 (contra inmersión en agua y protección completa contra polvo) en lugar de IP 65 (contra chorros de agua y protección completa contra polvo).

Respuesta:

En la referencia se informa que la celda de carga tipo S requerida, debe tener una protección ambiental mínima IP65, lo cual no excluye una protección IP67.


 Lic. FEDERICO KAUFMANN
 JEFE DE DEPARTAMENTO
 COMPRAS Y CONTRATACIONES