

**CIRCULAR ACLARATORIA
PLIEGOS DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES**

Circular N° 1	
Lugar y Fecha	Buenos Aires, 04/08/2017
Organismo contratante	COMISIÓN NACIONAL DE ENERGIA ATÓMICA

Organismo contratante	
COMISIÓN NACIONAL DE ENERGIA ATÓMICA	
GERENCIA DE ÁREA CAREM	
DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES	
Por RÉGIMEN DE COMPRAS Y CONTRATACIONES aprobado por R.P. 310/15	

Procedimiento de selección			
Tipo:	COMPARACION DE COTIZACIONES	N°	35/2017
Clase:	ETAPA ÚNICA NACIONAL		
Modalidad:	SIN MODALIDAD		
Expediente	F-77-2017		
Rubro :	408 - SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINARIA Y EQUIPOS		

Objeto de la contratación:
SERVICIO DE CALIBRACION DE BALANZAS

ACTO DE APERTURA:	
Lugar/Dirección	GERENCIA DE ÁREA CAREM DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES CAREM - Avda. del Libertador 8.250, 3° Piso – Ala Correa – C.A.B.A.
Día y Hora	14/08/2017 A LAS 11:10HS.

DESCRIPCIÓN

CONSULTA QUE ABARCA DEL RENGLÓN N° 1 AL 5

Consulta

Para poder cotizar necesitamos saber la capacidad máxima de cada balanza, lugar a realizarse la calibración o bien si se traen a nuestra Planta.

Respuesta

La capacidad mínima/máxima (rango) de cada balanza se detalla a continuación. Respecto al lugar para realizar la calibración, las mismas deberán realizarse en el Centro Atómico Constituyentes (Av. Gral. Paz 1499)

Renglón 1:

Calibración de Balanza modelo SIWSBBP-1-3-H

Marca: Sartorius

n° serie: 25601652

n° de inventario: 002076

Unidad de Medida: gr	Rango: 5-3100 gr	Precisión: 0.01 gr	Error: 0.1 gr
----------------------	------------------	--------------------	---------------

Renglón 2: Calibración de Balanza modelo SIWSBBP-1-6-H

Marca: Sartorius

n° serie: 25502859

n° de inventario: 002043

Unidad de Medida: gr	Rango: 5-6100 gr	Precisión: 0.01 gr	Error: 0.1 gr
----------------------	------------------	--------------------	---------------

Renglón 3: Calibración de Balanza modelo QUINTIX6102-1SAR

Marca: Sartorius

n° serie: 33007081

n° de inventario: 730126

Unidad de Medida: gr	Rango: 10-6100 gr	Precisión: 0.01 gr	Error: 0.1 gr
----------------------	-------------------	--------------------	---------------

Renglón 4: Calibración de Balanza modelo SIWABBP-1-8-I

Marca: Sartorius

n° serie: 25801141

n° de inventario: 002102

Unidad de Medida: gr	Rango: 50-8200 gr	Precisión: 0.1 gr	Error: 1 gr
----------------------	-------------------	-------------------	-------------

Renglón 5: Calibración de Balanza modelo SIWSDCP-1-15-I

Marca: Sartorius

n° serie: 25502860

n° de inventario: 002042

Unidad de Medida: gr	Rango: 100-15000 gr	Precisión: 0.5 gr	Error: 5 gr
----------------------	---------------------	-------------------	-------------



Lic. FEDERICO KAUFMANN
JEFE DE DEPARTAMENTO
COMBUSTIBLES AVANZADOS

Firma y aclaración