



Comisión Nacional de Energía Atómica



**GERENCIA DE ÁREA CAREM**

**DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES CAREM**

Por RÉGIMEN DE COMPRAS Y CONTRATACIONES DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS DE LA GERENCIA DE ÁREA CAREM bajo la Ley 26.566, aprobado por Resolución Presidencial C.N.E.A. N° 310/2015 Y SU MODIFICATORIA POR RESOL-2018-210-APN-CNEA#MEM.

**CIRCULAR ACLARATORIA  
PLIEGOS DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES**

<b>Circular N° 1</b>	
<b>Lugar y Fecha</b>	<b>Buenos Aires 04/10/2019</b>
<b>Organismo contratante</b>	<b>COMISIÓN NACIONAL DE ENERGÍA ATÓMICA</b>

<b>Procedimiento de selección</b>			
<b>Tipo:</b>	<b>CONCURSO DE PRECIOS</b>	<b>N°</b>	<b>17/2019</b>
<b>Clase:</b>	<b>ETAPA ÚNICA NACIONAL</b>		
<b>Modalidad:</b>	<b>SIN MODALIDAD</b>		
<b>Expediente:</b>	<b>EX -2019-85258412-APN-GAC#CNEA</b>		
<b>Rubro:</b>	<b>240 – EQUIPOS VARIOS</b>		

<b>Objeto de la contratación:</b>
<b>ADQUISICIÓN DE EQUIPOS PARA DPTO. TERMOHIDRÁULICA</b>

<b>ACTO DE APERTURA:</b>	
<b>Lugar/Dirección</b>	<b>GERENCIA DE ÁREA CAREM DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES CAREM - Avda. del Libertador 8.250, 3º Piso – Ala Correa – C.A.B.A.</b>
<b>Día y Hora</b>	<b>11/10/2019 A LAS 11:10 Hs.</b>
<b>Costo del Pliego:</b>	<b>SIN VALOR</b>
<b>Visita de Obra:</b>	<b>NO APLICA</b>

**DESCRIPCIÓN**

**PREGUNTA N° 1:**  
Renglón 7 (sensor PT100), es necesario que me confirmen longitud del cable de 4 hilos, se puede cotizar en cable siliconado?

**RESPUESTA N° 1:**  
Longitud del Cables **TRES (3) Metros**, se puede cotizar **Cable Siliconado**.



República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional  
2019 - Año de la Exportación

**Hoja Adicional de Firmas**  
**Informe gráfico**

**Número:**

**Referencia:** CIRCULAR ACLARATORIA N°1

---

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 1 pagina/s.